

## Scheda Tecnica

09/02/2022

**Codice: FLUMF68**



### **Descrizione:**

KIT PER IL TEST DELL'ANTIGENE SARS- COV -2

- IMMUNODOSAGGIO CROMATOGRAFICO CON ORO COLLOIDALE-
- AUTOTEST

CODICE: MF68

BRAND: FLUORECARE

IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM:2142280

CND W0105099099 VIROLOGIA TEST RAPIDI E-POINT OF CARE ALTRI

### **Normativa:**

D.L.VO 332/2000

### **Certificazione:**

EC CERTIFICATO CE NR. 1434 – IVDD 491/2001

DIRETTIVA 98/79/EC RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

### **Dati Clinici**

SENSIBILITA' CLINICA = 92,93%

SPECIFICHE CLINICHE= 100%

UTILIZZO NASALE NP/OP/SWAB

## **CONTENUTO DI UN BLISTER:**

- Scheda del test (incluso l'essicante)
- Istruzioni per l'uso
- Tampone nasale sterile
- Provetta del trattamento del campione pre riempito.

## **CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E SCADENZA:**

- Conservare il kit di test a 2-30 C° in un luogo asciutto e proteggere dalla luce
- Scadenza 12 mesi
- La scheda del test deve rimanere nella busta sigillata fino all'utilizzo

## **CONFEZIONAMENTO:**

### **1 TEST A BLISTER**

EAN CODE SU BLISTER: 6971348761042

### **650 BLISTER A SCATOLA**

EAN SU SCATOLA 8054154230761

DIMENSIONI SCATOLA: 62\*35\*43

PESO SCATOLA = 22 KG

### **PALLET DA**

4 SCATOLE X 5 STRATI = 20 SCATOLE A PALLET